



SZPITAL PUCKI sp. z o.o.
84-100 Puck, ul. 1 Maja 13 A
SEKRETARIAT PREZESA ZARZĄDU
tel. +48 58 380-02-91
fax +48 58 333-40-91
e-mail: sekretariat@szpitalpucki.pl

Puck, dn. 26.08.2020 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych oraz gotowych materiałów z włókniny, znak ZP/05/2020

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokonuje zmiany jej treści.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
1.	Część 4, poz. 10 Czy zamawiający dopuszcza medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 m , z perforacją co 80 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m ² ; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m ² ; minimalna chłonność 160 g/m ² ; grubość folii 22 ± 2 µm , 50 listków?	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podkładów o parametrach opisanych w pytaniu.
2.	Część 4, poz.11 Czy zamawiający dopuszcza medyczny podkład ochronny, składający się z warstwy bibuły i folii, o wymiarach 50 cm x 50 m , z perforacją co 50 cm, o gramaturze 24 g/m ² , folia o grubości 15 +/- 2 µm?	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
3.	Część 5, poz. 17-18 Czy zamawiający wydzieli poz.17-18 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4.	<p>Część 5, poz. 18</p> <p>Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.</p> <p>Czy zamawiający wymaga fartuchy z certyfikatem STANDARD 100 OEKO-TEX%</p> <p>Czy zamawiający wymaga wyrób, który spełnia wymagania zasadnicze Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 poz. 211) i Dyrektywy Rady 93/42/EWG (93/42/EEC), z późniejszymi zmianami?</p>	<p>- Zgodnie z pkt. I.11 SIWZ Dopuszcza się możliwość przeliczenia w formularzu cenowym ogólnej ilości artykułów wg opakowań obecnie istniejących na rynku, jeśli dany artykuł jest konfekcjonowany w innych opakowaniach niż wskazanych w SIWZ (załącznik nr 2). Niemniej ostateczna ogólna ilość musi być taka sama jak wskazana w SIWZ.</p> <p>- Zgodnie z pkt I.4 SIWZ Zamawiający wymaga, aby asortyment oferowany w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie składanej oferty spełniał warunki i posiadał niezbędne oznakowanie, certyfikaty, deklaracje zgodności wprowadzające do obrotu i używania na terytorium państwa członkowskiego, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 186).</p>
5.	<p>Część 6, poz. 20-21</p> <p>Czy zamawiający wydzieli poz.20-21 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.</p>
6.	<p>Część 6, poz. 22</p> <p>Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu uniwersalnego składającego się z:</p> <p>serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm – 1 szt.</p> <p>serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 175cm – 1 szt.</p> <p>serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm – 2 szt.</p> <p>ręcznik chłonny o wymiarach 25 cm x 19 cm – 4 szt.</p> <p>taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny – 1 szt.</p> <p>osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 35 g/m2 i laminatu chłonnego o gramaturze 30 g/m2 oraz o wymiarach w strefie chłonnej 64</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o parametrach opisanych w pytaniu.</p>

	<p>cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie chłonnej 65 g/m². Osłona w postaci umożliwiającej aseptyczną aplikację – 1 szt. serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190 cm, warstwa chłonna o wymiarach 64 cm x 190 cm. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 83 g/m² – 1 szt.</p> <p>Część 6, poz. 22</p> <p>Zestaw serwet uniwersalnych wykonany z dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) na całej powierzchni, chłonnego i mocnego laminatu (zgodnie z normą EN 13795 1,2,3), nieprzemakalnego o gramaturze min. 57,5 g/m². Podwójny system pakowania: opakowanie foliowe oraz opakowanie transportowe (karton).</p>	
7.	<p>Część 6, poz. 23</p> <p>Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do oparci ginekologicznych składającego się z: ręcznik 2x szt. o wymiarze 25x19 cm taśma przylepna 1x szt. o wymiarze 9x50 cm serweta na stół narzędziowy standard, 190x150 cm, x 1 szt. obłożenie pola 180x250/200 cm z otworem o średnicy 13x9 cm</p>	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o składzie opisanym w pytaniu.
8.	<p>Część 6, poz. 23</p> <p>Zestaw wykonany z dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) na całej powierzchni, chłonnego i mocnego laminatu (zgodnie z normą EN 13795 1,2,3), nieprzemakalnego o gramaturze min. 57,5 g/m². Podwójny system pakowania: opakowanie foliowe oraz opakowanie transportowe (karton).</p>	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o parametrach opisanych w pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań opisanych w SIWZ.
9.	<p>Część 6, poz. 24</p> <p>Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego składającego się z: samoprzylepne obłożenie 75x90 cm, wymair taśmy przylepnej 5x90 cm ręczniki x4 szt. o wymiarze 25x19 cm serweta na stół narzędziowy, standardowa, 190x150 cm taśma przylepna 9x50 cm koc dla dziecka 100x120 cm obłożenie pola z okryciem kończyn</p>	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o parametrach opisanych w pytaniu.

	280x250/225 cm	
10.	<p>Część 6, poz. 24</p> <p>Zestaw wykonany z dwuwarstwowego (polipropylen/polietylen) na całej powierzchni, chłonnego i mocnego laminatu (zgodnie z normą EN 13795 1,2,3), nieprzemakalnego o gramaturze min. 57,5 g/m². Podwójny system pakowania: opakowanie foliowe oraz opakowanie transportowe (karton).</p>	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o parametrach opisanych w pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań opisanych w SIWZ.
11.	<p>Część 6, poz. 25</p> <p>Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji kończyn składającego się z:</p> <p>ręczniki x4 szt. o wymiarze 25x19 cm</p> <p>serweta na stół narzędziowy, standardowa, 190x150 cm</p> <p>taśma przylepna 9x50 cm</p> <p>obłożenie pola operacyjnego 100x150 cm</p> <p>obłożenie kończyn 320x220 cm, otwór o średnicy 7x5 cm</p>	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
12.	<p>Część 6, poz. 26</p> <p>Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do artroskopii składającego się z:</p> <p>ręczniki x4 szt. o wymiarze 25x19 cm</p> <p>taśma przylepna 9x50 cm</p> <p>obłożenie do artroskopii kończyn z torbą na płyny 320x220 cm</p> <p>obłożenie pola operacyjnego 100x150 cm</p> <p>serweta na stół narzędziowy, standardowa, 190x150 cm</p> <p>serweta na stół Mayo 145x80 cm?</p> <p>Pokrowiec na kończynę M.75x23 cm</p>	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do artroskopii o parametrach opisanych w pytaniu.
13	<p>Część 6, poz. 27</p> <p>Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji barku składającego się z:</p> <p>ręczniki x4 szt. o wymiarze 25x19 cm</p> <p>serweta na stół narzędziowy, standardowa, 190x150 cm</p> <p>samoprzylepne obłożenie z wycięciem U z torbą 280x220cm, średnica 60x10 cm</p> <p>samoprzylepne obłożenie z wycięciem U, 260 x 220 cm, średnica 60x10 cm</p>	Nie, zamawiający nie dopuszcza zaoferowania zestawu opisanego w pytaniu. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
14.	<p>część 6, poz. 28-31</p> <p>Czy zamawiający wydzieli poz.28-31 do</p>	Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ

	osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?	
15.	CZĘŚĆ nr 1 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie opatrunków pakowanych po 100 sztuk	Zgodnie z pkt. I.11 SWIZ Dopuszcza się możliwość przeliczenia w formularzu cenowym ogólnej ilości artykułów wg opakowań obecnie istniejących na rynku, jeśli dany artykuł jest konfekcjonowany w innych opakowaniach niż wskazanych w SIWZ (załącznik nr 2). <i>Niemniej ostateczna ogólna ilość musi być taka sama jak wskazana w SIWZ.</i>
16.	CZĘŚĆ nr 1 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 9x11cmz dodatkowa etykieta ramka pozwalająca zapisać date umieszczenia plastra oraz posiada 3 dodatkowe włókninowe paski pozwalające na stabilniejsze umocowanie opatrunku?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunku o parametrach opisanych w pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań opisanych w SIWZ.
17.	CZĘŚĆ nr 1 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 7x9cm z 2 dodatkowymi paskami do mocowania	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunku o parametrach opisanych w pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań opisanych w SIWZ.
18.	CZĘŚĆ nr 1 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 7x8,8cm bez dodatkowej metki?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunku o parametrach opisanych w pytaniu, z zachowaniem pozostałych wymagań opisanych w SIWZ.

Z poważaniem