



**SZPITAL PUCKI sp. z o.o.**  
**84-100 Puck, ul. 1 Maja 13 A**  
**SEKRETARIAT PREZESA ZARZĄDU**  
tel. +48 58 380-02-91  
fax +48 58 333-40-91  
e-mail: sekretariat@szpitalpucki.pl

Puck, dn. 26.08.2020 r.

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych oraz gotowych materiałów z włókniny, znak ZP/05/2020**

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokonuje zmiany jej treści.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
1.	<p>W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, mając na uwadze wprowadzenie stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne dot. ograniczenia przemieszczania się i pozostawania w większych skupiskach ludzi, zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień SIWZ i wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 10a ust.5 Ustawy PZP).</p> <p>Ponadto pragniemy nadmienić, iż UZP dopuszcza, a nawet zaleca zmianę postanowień SIWZ i objęcie wszelkiej korespondencji (w tym składanie ofert) komunikacją elektroniczną (zarządzenie z dnia 20-03-2020 r. dostępne pod adresem: <a href="https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego">https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego</a>)</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Termin składania ofert uwzględnia wydłużony czas, który może być niezbędny w zaistniałej sytuacji dla terminowego złożenia oferty.</p>
2.	<p><b>dotyczy Części nr 6</b></p> <p>Mając na względzie zapisy obowiązującej ustawy PZP, a w szczególności zapis dotyczący <u>zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania</u>, zwracam się z wnioskiem o możliwość złożenia oferty w zakresie części nr 6 na pozycje. Jednym z głównych założeń nowelizacji ustawy z 2016 roku było dążenie ustawodawcy do podziału zamówień na jak najmniejsze części, w celu zwiększenia konkurencyjności między wykonawcami oraz dostępu do zamówień dla mniejszych przedsiębiorstw.</p> <p>Opisanie 12 specjalistycznych zestawów (w tym zestawów proceduralnych) w jednym pakiecie skutecznie blokuje możliwość złożenia oferty wielu Wykonawcom, co zaś skutkuje</p>	<p>Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Tworzenie pakietów ma na celu zachowanie najwyższych standardów ochrony przez zakażeniami i usprawnienie pracy bloku.</p>

	<p>ograniczeniem zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania.</p> <p>Ponadto pragniemy nadmienić, iż podzielenie pakietu pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.</p>	
3.	<p><b>dotyczy Części nr 6 poz. 20</b></p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z 2 ręcznikami do rąk, całość owinięta w papier krepowy, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?</p>	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha z 2 ręcznikami do rąk, całość owinięta w papier krepowy, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.
4.	<p><b>dotyczy Części nr 6 poz. 21</b></p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha?</p> <p><b>Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy ze wzmocnieniem</b>, jałowy. Wykonany z włókniny typu SMMMS o gramaturze min. 35g/m<sup>2</sup>. (w obszarze krytycznym tkanina wzmacniająca o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>). Wzmocnienie fartucha nie sięga aż do dolnej krawędzi fartucha – wytrzymałość na rozciąganie na sucho / mokro 90N. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Zapinany na rzep na karku i wiązany na troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym aseptyczne ich zawiązanie. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pakiet zawiera 2 ręczniki o rąk i owinięcie w papier krepowy. Spełnia <b>wymagania użytkowe wysokie</b> normy EN 13795. Rozmiar M-XL</p>	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha o parametrach opisanych w pytaniu.
5.	<p><b>dotyczy Części nr 6 poz. 22</b></p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. nr 22 do oddzielnego pakietu. Umieszczenie zestawu uniwersalnego znajdującego się w ofercie innych wykonawców (różniącego się nieznacznie od opisanego w SIWZ) w pakiecie ze specjalistycznymi obłożeniami oraz zestawami proceduralnymi, uniemożliwia im przystąpienie do przetargu w zakresie tego pakietu. Zgoda na wydzielenie pozwoli na złożenie oferty innym Wykonawcom, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.</p>	Zob. odpowiedź na pyt. 2.
6.	<p><b>dotyczy Części nr 6 poz. 22</b></p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu <b>minimalnie</b> różniącego się od opisanego w SIWZ?</p> <p><b>ZESTAW SERWET UNIWERSALNY do obłożenia pola operacyjnego</b>, jałowy o min. składzie: - Serweta - serweta ekran anestezjologiczny w rozm. 150x240cm, samoprzylepna, serweta w rozmiarze 180x180 cm, samoprzylepna, - Dwie serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni</p>	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o parametrach opisanych w pytaniu.

	<p>,barierowe dla płynów, o gramaturze 60g/m2, w rozmiarze min. 90x75 cm z przylepcem na szerszym boku,- Serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 150x190cm wzmocniona,- Serweta na stolik Mayo <b>składana</b> w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki w rozmiarze 145 cm x <b>79</b> cm,- Taśma medyczna przylepna w rozmiarze 9cm x 50 cm,- Dwie serwetki do rąk. Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego na całej powierzchni barierowa dla płynów o gramaturze 60 g/m2</p>	
7.	<p><b>dotyczy Części nr 6 poz. 23</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki 2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 1 serweta brzuszno-kroczoowa 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany) 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm Serweta główna wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2</p>	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o parametrach opisanych w pytaniu.
8.	<p><b>dotyczy Części nr 6 poz. 24</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu, dostarczanego do Państwa Placówki na podstawie obecnie obowiązującej umowy przetargowej? 1 taśma przylepna 9 x 50 cm 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki 4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm 1 serweta do cięcia cesarskiego 230 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm Serweta główna wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2</p>	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o parametrach opisanych w pytaniu.
9.	<p><b>dotyczy Części nr 6 poz. 25</b> Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu? 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki 4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm 1 serweta przylepna 75 x 90 cm z padem</p>	Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o parametrach opisanych w pytaniu.

	<p>chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów</p> <p>1 serweta 75 x 80 cm</p> <p>1 serweta 150 x 250 cm z wycięciem „U” 7 x 70 cm</p> <p>1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm</p> <p>Serweta główna wykonana na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego o gramaturze 75g/m<sup>2</sup></p>	
10.	<p><b>dotyczy Części nr 6 poz. 26</b></p> <p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?</p> <p>2 taśmy przylepne 9 x 50 cm</p> <p>1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki</p> <p>4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm</p> <p>1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm</p> <p>1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, składana</p> <p>1 serweta do artroskopii kolana 230 x 320 cm z trójkątną torbą na płyny 105 x 90 cm, z filtrem i portem do odsysania i 2 elastycznymi otworami o średnicy 5 cm</p> <p>1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm</p> <p>Serweta główna wykonana na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego o gramaturze 75g/m<sup>2</sup></p>	<p>Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o parametrach opisanych w pytaniu.</p>

Z poważaniem