



SZPITAL PUCKI sp. z o.o.
84-100 Puck, ul. 1 Maja 13 A
SEKRETARIAT PREZESA ZARZĄDU
tel. +48 58 380-02-91
fax +48 58 333-40-91
e-mail: sekretariat@szpitalpucki.pl

Puck, dn. 26.08.2020 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych oraz gotowych materiałów z włókniny, znak ZP/05/2020

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokonuje zmiany jej treści.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
1.	Pakiet 6, poz. 20 - 27 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie potwierdzenia parametrów za pomocą kart danych technicznych gotowego wyrobu poz. 20-27	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
2.	Pakiet 6, poz. 20 - 27 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 20-27 z pakietu nr 6 i utworzenie oddzielnego pakietu na fartuchy i zestawy zabiegowe z włókniny.	Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
3.	Pakiet 6, poz. 21 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha o poniższym opisie: Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy ze wzmocnieniem, jałowy. Wykonany z włókniny typu SMS lub SMMMS o gramaturze min. 35g/m2. (w obszarze krytycznym tkanina wzmacniająca o gramaturze min. 40 g/m2). Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 105N, wytrzymałość na rozciąganie na mokro min. 100N. Rękaw zakończony elastycznym	Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

	<p>mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Zapinany na rzep na karku i wiązany na troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym aseptyczne ich zawiązanie. Wszystkie szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pakiet zawiera 2 ręczniki. Spełnia wymagania użytkowe wysokie normy EN 13795. Rozmiar M-XL.</p>	
4.	<p>Pakiet 6, poz. 22 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm • 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, • 1 serweta przylepna 150x240cm • 1 serweta przylepna 170x180cm • 2 serwety przylepne 75x90cm • 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, • 4 ręczniki celulozowe 30x40cm 	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o wymienionym w pytaniu składzie. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
5.	<p>Pakiet 6, poz. 23 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 czerwona osłona na stolik Mayo, • serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, • 1 serweta główna o wym. 250/290x312cm, ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem 9x12 cm, otoczonym wzmocnieniem o wym. 50x140cm • przezroczysta serweta przylepna z folii polietylenowej o grubości 0,08mm do zakrycia okolic odbytu - 50x50cm, • 1 nieprzylepna serweta pod pośladki 75x90cm, • 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, • 2 ręczniki celulozowe 30x40cm 	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o wymienionym w pytaniu składzie. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
6.	<p>Pakiet 6, poz. 24 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 czerwona osłona na stolik Mayo 	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o wymienionym w pytaniu składzie. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

	<p>80x145cm,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, • 1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przylepnym oknem całkowicie wypełnionym folią chirurgiczną o wym. 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm , 2. zaworami i kształtownikiem, • 1 serweta do owinięcia noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m²o wym. 90x100cm • 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, • 2 ręczniki celulozowe 30x40cm 	
7.	<p>Pakiet 6, poz. 25 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm • 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, • 1 serweta 180x240cm, z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" 7x65cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 60x70cm • 1 serweta przylepna 200x240cm, ze wzmocnieniem 50x75cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90 cm • 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, • 2 ręczniki celulozowe 30x40cm 	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o wymienionym w pytaniu składzie. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
8.	<p>Pakiet 6, poz. 26 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm, • 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, • 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca 2 elastometryczne (o zmiennej średnicy) otwory na nogę ø7 i ø5 cm, worek do przechwytywania płynów z zaworem spustowym i uchwyt („rzep”)do mocowania przewodów i drenów 2,5x25cm • 1 nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm, 	Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

	<ul style="list-style-type: none"> • 1 osłona na kończynę 35x80cm, • 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm, • 2 ręczniki celulozowe 30x40cm 	
9.	<p>Pakiet 6, poz. 27</p> <p>Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, • 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, • 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o wym. 7x60cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 100x130cm • 1 serweta przylepna (ekran anestetyczny) 150x240cm, wzmocnienie o wymiarach 50x75cm • 1 nieprzylepna serweta pod kończynę 150x150cm, • 1 osłona na kończynę 25x80cm, • 1 kieszeń dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm, • 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm, • 2 ręczniki celulozowe 30x40cm 	Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Z poważaniem