



SZPITAL PUCKI sp. z o.o.
84-100 Puck, ul. 1 Maja 13 A
SEKRETARIAT PREZESA ZARZĄDU
tel. +48 58 380-02-91
fax +48 58 333-40-91
e-mail: sekretariat@szpitalpucki.pl

Puck, dn. 09. 06.2020 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych oraz gotowych materiałów z włókniny, znak ZP/03/2020

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokonuje zmiany jej treści.

L.p.	Pytanie Wykonawcy	Wyjaśnienie
1.	Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 24): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.	Dla części 24, poz. 102 – 110 nie są wymagane karty katalogowe na potwierdzenie zgodności przedmiotu zamówienia z SIWZ. Zamawiający będzie wzywał do złożenia kart katalogowych wykonawców, którzy złożą oferty najkorzystniejsze w ramach poszczególnych części, dla pozycji wymienionych w pkt V.7.1)
2.	Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 24, pozycje: 104, 105): pieluchomajtek dla dorosłych o poziomie chłonności co najmniej 2600g?	Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki o parametrach wskazanych w pytaniu.
3.	Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 24, pozycje: 104, 105): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy? Należy podkreślić, że rozwiązanie technologiczne w postaci „co najmniej jednego ściągacza	Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki o parametrach wskazanych w pytaniu.

	taliowego” cechuje produkty o najwyższym poziomie jakości. Zakup tego typu produktów z pewnością spełni oczekiwania i potrzeby personelu medycznego, a także pacjentów, a długofalowo przyczyni się do oszczędności w wydatkach na produkty chłonne.	
4.	Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 24, pozycje: 104, 105): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązanie technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.	Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki o parametrach wskazanych w pytaniu.
5.	Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 24, pozycja: 108): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę?	Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki o parametrach wskazanych w pytaniu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
6.	Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 24, pozycja: 109): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 7-14kg?	Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki o parametrach wskazanych w pytaniu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
7.	Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 24, pozycja: 109): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 10-16kg?	Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki o parametrach wskazanych w pytaniu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
8.	Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 24, pozycja: 109): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 12-22kg?	Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki o parametrach wskazanych w pytaniu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
9.	Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 24, pozycje: 108, 109): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
10.	Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 24, pozycja: 102):	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podkładu o parametrach wskazanych w

	podkład chłonny w rozmiarze 60x90 cm, z pulpą celulozową i superabsorbentem oraz z warstwą spodnią z antypoślizgowej folii, o chłonności wg normy ISO 11948-1, na poziomie co najmniej 2000g?	pytaniu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
11.	Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 24, pozycja: 107): podkłady ginekologiczne o chłonności co najmniej 350g i wymiarach co najmniej 27 x 10 cm?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
12.	Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 24, pozycja: 106): wkładki urologiczne o podwyższonej chłonności, o wymiarach co najmniej 42x20cm i o chłonności co najmniej 900g?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
13.	Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 24, pozycja: 110): wilgotne chusteczki w rozmiarze 29 x 22 cm?	Zamawiający dopuszcza zaoferowanie chusteczek o parametrach wskazanych w pytaniu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Z poważaniem